

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «17» декабря 2021 г. № 2925

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный вторичный эталон единицы плотности в диапазоне значений от 650 до 2000 кг/м ³	<ul style="list-style-type: none"> • Установка гидростатического взвешивания УГВ, зав. № 20190102; • Эталонная мера плотности, зав. № 1(2012 г); • Эталонная мера плотности, зав. № 2(20212 г); • Эталонная мера плотности, зав. № 201104; • Термометр сопротивления эталонный ЭТС-100, зав. № 08-157; • Преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный Теркон, зав. № 329327; • Весы лабораторные электронные MSA324S-1CE—DU, зав. № 29509379; • Набор гирь (1 мг – 500 г) E₂, зав. № 37225142. 	2.1.ЗБМ.1106.202 1	24	ПрС- 2.1.ЗБМ.1106.2021	ФБУ «Воронежский ЦСМ», ИНН 3664009359

¹ МАИ – межаттестационный интервал